



Isoagglutinine

Testparameter anti-A₁

anti-B

Material Serum, 1 mL

Referenzbereich

Blutgruppe	
0 oder B	anti-A ₁ > 1 : 16 <u>Titer-E</u>
0 oder A	anti-B > 1 : 16 Titer-E

Methode AGGL

Qualitätskontrolle intern

Auskünfte Klinische Chemie und Toxikologie

Analysenkosten EBM, GOÄ