



Lymphozyten-Autoantikörper

Material	<u>Serum</u> , 1 mL <u>EDTA-Plasma</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL
Referenzbereich	negativ
Methode	<u>CDC</u>
Qualitätskontrolle	intern
Siehe auch	<u>Autoantikörper und Autoimmunerkrankungen</u>
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Immunpathologie</u>
Analysenkosten	<u>EBM</u> , <u>GOÄ</u>