



Palladium

Testparameter Palladium (Serum)
Palladium (Speichel)
Palladium (Urin)

Material Serum, 2 mL
Speichel, 5 mL, nach Kauen eines zuckerfreien Kaugummi
Urin, 10 mL

Referenzbereich

	[µg/L]
Serum	< 1
Speichel	< 1
Urin	< 1

Methode AAS

Qualitätskontrolle intern

Anforderungsschein Download und Analysenposition

Auskünfte Klinische Chemie und Toxikologie

Analysenkosten EBM, GOÄ