



Side-chain-cleavage-enzyme-Autoantikörper

Material	<u>Serum</u> , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL
Referenzbereich	< 10 <u>Ak-Ratio</u>
Methode	<u>RIP</u>
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Siehe auch	<ul style="list-style-type: none">▶ <u>Nebennierenrinden-Autoantikörper</u>▶ <u>Nebennieren</u>▶ <u>Autoantikörper</u> (Übersicht)
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Immunpathologie</u>
Analysenkosten	EBM, GOÄ