



Transferrin-Varianten bei CDG-Syndrom

CDG Congenital Disorder of Glycosylation

Material Serum, 2 mL

Referenzbereich

Testparameter	
Asialotransferrin	nicht nachweisbar
Monosialotransferrin	nicht nachweisbar
Disialotransferrin	< 1,8 %
Trisialotransferrin	< 5,0 %
Tetrasialotransferrin	78,0 - 89,0 %
Pentasialotransferrin	8,0 - 16,0 %

Methode HPLC

Qualitätskontrolle intern

Anforderungsschein Download und Analysenposition

Auskünfte Klinische Chemie und Toxikologie

Analysenkosten EBM, GOÄ